

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя исполнительного директора
дивизиона «Добыча» - Главного инженера
ИП ООО «SEG»

 Г.Г. Крупин
« 26 » 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению поверки расходомеров-счетчиков ультразвуковых УВР-011

Сведения о заказчике:

ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUH»

Вид услуг:

Оказание услуг по поверке счетчиков ультразвуковых на эталонной поверочной проливной установке или без проливным методом с применением имитатора трубопровода согласно утвержденной методики поверки производителя прибора с оформлением протокола поверки для последующего предоставления в органы Узстандарта.

Срок оказания услуг:

01.01-31.12.2023г.

Объем услуг:

Таблица №1

№ п/п	Наименование СИ	Тип СИ	DN	Количество, шт	ТПП
1	Расходомер ультразвуковой накладной	УВР-011	-	16	ТПП Мубарек
2	Расходомер ультразвуковой накладной	УВР-011	-	3	ТПП Андижан
3	Расходомер ультразвуковой накладной	УВР-011	-	4	ТПП Карши

Условия оказания услуг:

Оказание услуг выполняется с применением эталонов единиц величин в соответствии с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации и методиками поверки (аттестации) на преобразователи расхода.

Требования к исполнителю:

Оказать услуги в установленные сроки и на должном уровне, в объеме, указанном в Таблице №1. При оказании услуг руководствоваться техническим описанием, инструкцией по эксплуатации расходомеров и методиками поверки.

Иметь действующий аттестат аккредитации на право поверки СИ и область аккредитации по видам и группам измерений, типу СИ, указанных в Таблице №1.

Иметь необходимое вспомогательное оборудование, образцовые, эталонные средства измерений утвержденного типа для оказания услуг по подготовке к поверке, поверке и калибровке средств измерений.

Исполнитель оказывает услуги собственными силами, без привлечения субподрядчиков;

В стоимости услуг предусмотреть все затраты, связанные с оказанием услуг.

Качество и объем оказываемых услуг должны соответствовать условиям договора и требованиям, предъявляемым к услугам данного вида.

По завершению оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику:

при положительных результатах поверки – Протокол поверки для дальнейшего предоставления в органы Узстандарта, при отрицательных результатах – Извещения о непригодности к применению с протоколом поверки, оформленных согласно требованиям законодательства Республики Узбекистан.

НТД, регламентирующая оказание услуг

- O'z DSt 8.003:2005. ГСОЕИ Республики Узбекистан. Поверка средств измерений. Основные положения.
- Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан № 528 29.08.2020.
- Закон Республики Узбекистан №1004-XII 28.12.1993 «О метрологии» с изменениями от 07.04.2020г.
- МП РТ 1845-2012. Методика поверки расходомеров-счетчиков ультразвуковых УВР-011.

Требования к результатам оказанных услуг

Приемку услуг осуществляет ответственное лицо Заказчика, по акту сдачи-приемки оказанных услуг.

По результатам поверки Заказчику выдается акта об оказании услуг, платежные документы (счёт и счёт - фактура).

Согласовано:

Начальник отдела автоматизации и метрологии
ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI»



А.Г. Ингачев

Задание подготовил:

Ведущий инженер отдела автоматизации и метрологии
ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI»



И.К. Абдурахимов